

“C 波段保偏光源、积分球功率计” 比选文件

一、 采购项目及内容：

- C 波段保偏光源 1 台
- 积分球功率计 3 台

设备技术参数要求：

1、保偏光源技术要求

- 1) 功能要求：
光源保偏输出，具有显示屏。
- 2) 性能要求：
 - a. 波长范围：1525nm~1565nm;
 - b. 波长精度：±0.02nm;
 - c. 功率稳定性（4H）：±0.08dB;
 - d. 边模抑制比：≥40dB;
 - e. 光纤类型：保偏光纤;
 - f. 光纤接口：FC/APC。

2、积分球功率计技术要求

- 1) 功能要求：
可监控实时功率，有显示屏。
- 2) 性能要求
 - a. 波长范围：850nm~1700nm
 - b. 光功率探测范围：-45dBm~30dBm;
 - c. 光纤接口：FC。

二、 比选规模及比选原则：

- 1、 参选单位不低于三家（含三家）。
- 2、 按照符合项目要求的技术方案采用综合评分法，通过评分最后确定中选人（技术要求、价格、交期应答见附件一、售后服务应答文件参选单位自拟；评分标准见附件二）。

三、 参加比选条件：

1、资质

在中华人民共和国境内注册、具有独立承担民事责任的企业法人或其他组织。

2、 应答：

要求价格合理，不虚报、瞒报价格。比选设备报价应为含税价（含13%增值税，税率需在报价单里标注）。参选单位报价提供的标的必须满足比选举办方提出的技术要求及配置（相关技术要求、交期、价格请按附件一应答）。

四、 比选文件要求

- 1、营业执照副本复印件（加盖鲜章）；
- 2、比选应答文件（包括：详细技术方案、售后服务方案、含税价格、交期），应答文件需加盖公章并密封。

五、 比选日程安排：

- 1、比选文件递交时间及地点：2026年7月15日17:00前送达成都四威科技股份有限公司（可以通过邮寄或直接送达方式）。

邮寄地址：成都市高新西区新航路18号成都四威科技股份有限公司
方大伟 15828140678

- 2、比选时间：2026年7月16日-2026年7月17日。
- 3、比选结果将通过邮件或电话方式通知中选竞争单位。

六、 其他：

- 1、比选申请人应承担其参加本比选活动自身所发生的费用。
- 2、不论比选结果如何，比选申请人的比选申请文件均不退回。

成都四威科技股份有限公司

2026年7月9日

附件一：

技术要求、价格、交期应答

供应商参选设备技术指标	
参选设备名称、型号：	
参选设备数量：	
参选设备含税价：	元（含 13%增值税）
交期：	
备注：报价需含设备的安装、调试、人员培训等费用，随货需提供三方合格的检验证书。	

附件二：

评分细则

序号	要素	分值	评分细则	评分（分）	备注
1	价 格	50	报价最低得 50 分，每高于最低价 1%的扣减 3 分。		
2	售后服务	5	应答人针对本项目提供完善的售后服务：包括质保服务年限、服务内容、服务响应时间等，提供承诺函。对售后服务科学性合理性进行评价。优秀得 5 分，良好得 3 分，一般得 2 分。		
3	到货周期	5	交期从短至长依次得分为：5 分、4 分……. 1 分一个梯度递减。		
4	技术方案	40	详见技术方案评分细则		
总分					

备注： 1.应答文件包括：详细技术参数、价格、交期、售后服务方案；
2.报价需包含到现场安装、调试、培训的费用；随货需提供三方合格的检验证书。

技术方案评分细则详见附件《功率计评分表》和《保偏光源评分表》。

功率计技术评分细则						
序号	项目	四威科技要求	是否满足我司技术要求	总分		
1	性能	- 波长范围：850nm~1700nm; - 光功率探测范围：-45dBm~30dBm; - 光纤接口：FC;	A. 不满足 B. 基本满足 C. 完全满足 D. 满足并优于	16		
2	功能	- 可实时监控功率; - 有显示屏;	A. 不满足 B. 基本满足 C. 完全满足 D. 满足并优于	12		
3	指标论证	设备需通过检定，提供第三方检定报告	A. 不满足 B. 基本满足 C. 完全满足 D. 满足并优于	6		
4	其他	- 提供说明书和操作指南; - 远程协助安装调试设备，保证满足所有性能指标。	A. 不满足 B. 基本满足 C. 完全满足 D. 满足并优于	6		
总分合计				40		
评价人会签： 分项评分规则： D为满分，C得分值80~90%，B得分值60~70%，A为0分。						